MRU seit über 30 Jahren zukunftssichere Analysetechnik

CO - Sensorschutz Information zur BHKW - Messung



Bei Messungen an Blockheizkraftwerken kann es zu hohen Konzentrationen von Stickstoffmonoxid (NO) kommen.

Kohlenmonoxid-Sensoren (CO) haben einen NOx/SOx - Filter zum Sensorschutz integriert, welcher bei hohen NO - Werten jedoch schnell verbraucht ist.

Dieses führt zu Querempfindlichkeiten im CO - Messwert oder zum vorzeitigen Ausfall des Sensors.

Wir empfehlen daher, BHKW - Messungen nur mit einem zusätzlichen Filter durchzuführen. Dieser ist problemlos an allen Geräten ohne NO - Sensor nachzurüsten.

Artikelnummer: 65850

Kondensatfalle mit Purafilfilter zum CO-Sensorschutz bei BHKW -Messungen, einschl. 100g Ersatzpurafil.

Preis: 39,-- Euro, zzgl. ges. MwSt.



